

Popis procedury Quickova testu

- Průběh vyšetření:

K vyšetření se nemusíte předem objednávat a je prováděno po celou pracovní dobu ambulance. K vyšetření se nemusíte dostavit nalačno. Kontrola srážlivosti se provádí z kapky krve získané z prstu horní končetiny. Výsledek srážlivosti je znám do dvou minut a po získání výsledku bezprostředně následuje eventuální úprava dávky Warfarinu. Na našem pracovišti používáme přístroj CoaguCheck®XS. Přesnost měření přístroje je pravidelně kontrolována.

- Možné nepříjemnosti v souvislosti s vyšetřením:

Drobný vpich do bříška prstu může být mírně bolestivý. Po získání malé kapky krve z vpichu může následovat pokračující drobné krvácení pod dobu několika minut.

- Příprava k vyšetření:

Příprava není potřeba. Při hodnocení potřebujeme znát dávky Warfarinu, které užíváte. Pacienti sledování pravidelně naší ambulancí si s sebou přinesou kartičku se záznamy předchozích výsledků a dávek Warfarinu.